

Государственное унитарное предприятие Челябинской области

"Медтехника"

RA.RU.311451

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего поверку, регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-АВГ/11-03-2022/139050563

Действительно до  
10 марта 2023 г.

Средство измерений Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе

наименование, тип, модификация средства измерений

Lion Alcolmeter мод. SD-400 Рег. № 53725-13

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 104683 D

в составе

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП-242-1523-2013 «Анализаторы паров этанола

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

в выдыхаемом воздухе Lion Alcolmeter модели SD-400, SD-400P. Методика поверки»

с применением эталонов: Эталон 1-го разряда Рег. № 40633.09.1P.00406715;

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер

Рег. № 57656.14.1P.00406714; Рег. № 57656.14.1P.00115581; Стандартный образец состава

разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

водного раствора этанола ВРЭ-2 ГСО 8789-2006 ПГ ± 1 %

при следующих значениях влияющих факторов: температура воздуха 24,1 °С

перечень влияющих факторов

относительная влажность воздуха 49,2 % атмосферное давление 100,1 кПа

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.

неужное зачеркнуть

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 139050563

Знак поверки:



Главный метролог

Должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

подпись

Сельков В. Б.

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель:

Прыгин Д. А.

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

11 марта 2022 г.