

государственное унитарное предприятие Челябинской области

"Медтехника"

RA.RU.311451

0010000

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющего поверку, регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-АВГ/12-02-2021/39908091

Действительно до  
11 февраля 2022 г.

Средство измерений: Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе

наименование, тип, модификация средства измерений

Lion Alcolmeter модели SD-400 Per. № 53725-13

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 104683 D

в составе

номер знака предыдущей поверки

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с

МП-242-1523-2013 «Анализаторы паров этанола»

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

в выдыхаемом воздухе Lion Alcolmeter модели SD-400, SD-400P. Методика поверки»

с применением эталонов: 3.1.АВГ.0038.2015; 3.1.АВГ.0005.2015; 3.1.АВГ.0009.2015

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер

Стандартный образец состава водного раствора этанола ВРЭ-2 ГСО 8789-2006 ПГ ± 1 %

разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура воздуха 24,1 °С

перечень влияющих факторов

относительная влажность воздуха 48,2 % атмосферное давление 99,5 кПа

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным

к применению.

ненужное зачеркнуть

Знак поверки:



Главный метролог

Должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

Поверитель:

Дата поверки

12 февраля 2021 г.

подпись  
подпись

Сельков В. Б.

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Прынзин Д. А.

фамилия, имя и отчество (при наличии)

0016486